Liste der ausgesprochenen Duldung der Bestandstauchhülsen

Status: 20.11.2023

Ansprechpartner: Hrn Dr. Sebastien Baach (sebastien.baach@ptb.de, +49 30 3481 7726) oder Frau Gerlinde Eichhorn (gerlinde.eichhorn@ptb.de, +49 30 3481 7276)

in Feld identifizierbar

ansatzlich Merkmale

Baumusterprüfbescheinigungsnr. der MID - konformitätsuntersuchten Wärmezähler / Temperaturfühler

Pos. Nr.	Duldungs-kennzeichen TR XXX	Bauteyp (A, B, C, sonstig)	Bild	eigenMarkens Merkmal im eingebauten Zustand	Identifizierbares Kennzeichen (Beschriftung)	Tauchhülsen-innen-durchmesser di [mm]	Toleranzen innendurch-messer [mm]	Baulänge [mm]	Einschalt-länge [mm] ab Oberkante Dichtung Bauteyp ohne/ Rastnase/nix	Einbautiefe [mm]	Wandstärke [mm]	Gewindemaß (Angabe in " oder mm)	Schlüssel-weite	Höhe des Sechskants [mm]	max. Einsatz-temperatur ohne ±100°C oder Angabe von max.	Stücksalt im Feld (S)	Oberflächen-tönung
1	TH 001	Spezser-Pollen Inversgrey Sensu Brustra		SPL/SS/5,2 (oder SPL/150/5,2)	SPL/SS/5,2 (oder SPL/150/5,2)	5,2	H11: +0,075 -0,000	43	42	32,8	0,5	1/2	SW24	6	150	>> 100000	MS/Ni
2	TH 002	Spezser-Pollen Inversgrey Sensu		SPL/SS/5,2 (oder SPL/150/5,2)	SPL/SS/5,2 (oder SPL/150/5,2)	5,2	H11: +0,075 -0,000	43	42	32,8	0,5	3/8	SW24	6	150	>> 100000	MS/Ni
3	TH 003	Spezser-Pollen Inversgrey Sensu		Sechskant-Überwurfmutter mit Bund	-	5,2	-	57	56	44,3	0,85	1/2	SW24 (SW22)	9	150	> 60000	MS/Ni
4	TH 004	Spezser-Pollen, Sensu Inversgrey Brustra		- ist für Pinolenkontakt ebenfalls Sechskant	-	5,2	-	54	53	33,3	1,1	1/2	SW24 (SW22)	9	150	>> 100000	MS/Ni
5	TH 005	Spezser-Pollen Brustra / Metrona		Großer Sechskant-Bund (SW 30) mit weicher Dichtung für Pinolenkontakt	-	5,2	-	52,5	52	36,5	0,3	1/2	SW 30	7	-	> 50.000	MS und Edelstahl
6	TH 009	Allmess A		Messing M12x1,5 Außengewinde zur Positionierung und Befestigung des Fühler in der Tauchhülse mittels Überwurfmutter	M12x1,5 Außengewinde zur Positionierung und Befestigung des Fühler in der Tauchhülse mittels Überwurfmutter	6,0	H8: + 0,018 - 0,00	52	50	28	0,75	M10	SW14	9	105	>800000	Messing
7	TH 010	Allmess A		Messing M12x1,5 Gewinde zur Positionierung und Befestigung des Fühler in der Tauchhülse mittels Überwurfmutter	M12 aussen	6,0	H8: + 0,018 - 0,00	52	50	33	1	3/8	SW22	5	105	>50000	MS
8	TH 011	Allmess A		Messing M12x1,5 Gewinde zur Positionierung und Befestigung des Fühler in der Tauchhülse mittels Überwurfmutter	M12 aussen	6,0	H8: + 0,018 - 0,00	52	50	28	1	1/4	SW19	8	105	>10000	MS
9	TH 012	Allmess A		Messing M12x1,5 Außengewinde zur Positionierung und Befestigung des Fühler in der Tauchhülse mittels Überwurfmutter	-	6,0	H8: + 0,018 - 0,00	52	50	34	1	1/2	SW22	6	105	>50000	Messing
10	TH 013	Iota B		Gilbarbchen, Sensorschutzkappe ohne / "ota 30" / "sensosic 50" aus Kopf	M10 innen	5,0	H9: + 0,03 - 0,00	50	49	41,5	1,0	1/4	SW17	8	D: 105°C sonst 150°C	1995: >> 100000	MS/Ni
11	TH 014	ISTA C		Kopf mit Querschraube, messingfarben, ohne / "8025-Lego-60"	Querschraube	6,0	H8: +0,018 -0,00	61	60	43	1,0	3/8	SW17	10	D: 105°C sonst 150°C	-	MS
12	TH 015	Iota C		Kopf mit Querschraube, messingfarben, ohne / "8025-Lego-60" Vor WMZ-Montage zu prüfen: Reduzierung bodenteil, d.h. L=15 + / 1mm	Querschraube	5,0	-0,000 / +0,050	61	60	43	1,5	3/8	SW17	10	D: 105°C sonst 150°C	1999-2004	MS
13	TH 016	ISTA C1		Kurzkopf mit Querschraube, messingfarben, ohne / "8025-Lego-60" / "Vierra 60"	Querschraube	6,0	H8: +0,018 -0,00	57	56	43	1,0	3/8	SW22	5	D: 105°C sonst 150°C	-	MS
C 14	TH 017	iota C1		Kurzkopf mit Querschraube, messingfarben, ohne / "8025-Lego-60" / "Vierra 60" Vor WMZ-Montage zu prüfen: Reduzierung bodenteil, d.h. L=15 + / 1mm	Querschraube	5,0	-0,000 / +0,050	57	56	43	1,5	3/8	SW22	5	D: 105°C sonst 150°C	1999-2004	MS
15	TH 018	ISTA C		Kopf mit Querschraube, messingfarben, ohne / "8025-Lego-60" / "Vierra 60" Vor WMZ-Montage zu prüfen: Reduzierung bodenteil, d.h. L=15 + / 1mm	Querschraube	5,0	0,00 / +0,07	61	60	43	1,5	1/2	SW22	10	nur Ausland!	-	MS
16	TH 019	ISTA C		Kopf mit Querschraube, messingfarben, ohne / "8025-Lego-60" / "Vierra 60"	Querschraube	6,0	H9: + 0,03 - 0,00	61	60	43	1	1/2	SW22	10	nur Ausland!	-	MS
17	TH 020	ISTA B		ohne / "iota 50" / "sensosic 50"	M10 innen	5,0	H9: + 0,03 - 0,00	50	49	42	1	3/8	SW22	8	D: 105°C sonst 150°C	-	MS
18	TH 021	Iota B		ohne / "iota 50" / "sensosic 50"	M10 innen	5,0	H9: + 0,03 - 0,00	50	49	41,5	1,0	1/2	SW22	8	-	-	MS
19	TH 027	Mineal		Kabelquetschverschraubung	Kabelverquetschung	6,0	-	52	50	28,5	0,75	M16x1	SW14	10	-	1996 bis 2002	MS
20	TH 028	Mineal		Kabelquetschverschraubung	Kabelverquetschung	6,0	-	62	60	38,3	0,75	M16x1	SW14	10	-	1996 bis 2002	MS
21	TH 029	Mineal		M10x1 innen	M10 innen	5,0	H10	48	47	33	1,25	M10x1	SW14	13	-	ab 2002	MS
22	TH 033	Mineal		M10x1 innen	M10 innen	5,0	H10	58	56	43	0,7	M10x1	SW14	13	-	ab 2006	MS
23	TH 035	Mineal		M10x1 innen	M10 innen	5,0	H10	48	47	31	0,7	M10x1	SW14	13	-	ab 2008	MS
24	TH 040	JUMO C		mit JUMO - Logo	-	5,2	H11: +0,075 -0,000	47	46	35	0,7	1/2	SW24	8	-	-	MS
27	TH 043	JUMO C Tochter L=L Hydrometer		Messing Querschnitte zur Bebringung des Fühlerkabels	-	5,2	H11: +0,075 -0,000	58	57	50	0,7	3/8	SW24	8	-	148000	Messing
28	TH 044	JUMO C Tochter L=L Hydrometer		Messing Querschnitte zur Bebringung des Fühlerkabels	-	5,2	H11: +0,075 -0,000	58	57	50	0,7	1/2	SW24	8	-	56000	MS
30	TH 046	Zenner		Kennzeichnung mit kK1= vv v	-	5,2	H11: +0,075 -0,000	47	46	35	0,7	M10x1	SW17	8	90	-	MS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Temperaturfühler A 64/65/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom: 01.04.2011	Wärmezähler DE-07-MI004-PTB013, DE-07-MI004-PTB020, DE-08-MI004-PTB105, DE-09-MI004-PTB127, DE-07-MI004-PTB128 (Sensus GmbH), Duldung vom 17.06.2013	Wärmezähler DE-07-MI004-PTB013, DE-07-MI004-PTB020, DE-08-MI004-PTB105, DE-09-MI004-PTB127, DE-07-MI004-PTB128 (Sensus GmbH), Duldung vom 22.3.2012	Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004, DE-11-MI004-PTB005, DE-06-MI004-PTB007 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.5.2011	Wärmezähler DE-10-MI004-PTB013, DE-07-MI004-PTB130, DE-09-MI004-PTB105, DE-10-MI004-PTB004, (Itelf/ Metering GmbH) Duldung vom 22.3.2012	DE-12-MI004-PTB009 (Qundis GmbH) Duldung vom 2.5.2012	Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013	Wärmezähler DE-13-MI004-PTB001 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 25.02.2013	Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015	DE-06-0200-M004-031 (Kamstrup A/S) Duldung vom 14.04.2016	Wärmezähler DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013	Temperaturfühler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016	Temperaturfühler A 64/65/2151/2016 (Kamstrup A/S) Duldung vom: 12.01.2017	Wärmezähler DE-16-MI004-PTB030 (Qundis GmbH) Duldung vom 24.04.2019	Wärmezähler DE-17-MI004-PTB005, DE-17-MI004-PTB006, DE-19-MI004-PTB024 DE-06-MI004-PTB018 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020	Wärmezähler DE-19-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021	Wärmezähler DE-13-MI004-PTB008, DE-17-MI004-PTB005, DE-20-MI004-PTB002, (Itelf Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020	DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021	CH-MI004-13018-07 (Swiss Metering GmbH) Duldung vom 19.06.2023	Wärmezähler DE-20-MI004-PTB011 (Itelf Metering GmbH) Duldung vom 07.08.2023	Wärmezähler DE-13-MI004-PTB110 (Wefsa Plusmeter) Duldung vom 07.08.2023	Wärmezähler DE-23-MI004-PTB007 (Sebatron AG) Duldung vom 06.10.2023							
Temperaturfühler A 64/65/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom: 01.02.2012	Wärmezähler DE-07-MI004-PTB004, DE-07-MI004-PTB005, DE-08-MI004-PTB006, DE-09-MI004-PTB007 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 2.5.2012	Wärmezähler DE-07-MI004-PTB004, DE-07-MI004-PTB005, DE-08-MI004-PTB006, DE-09-MI004-PTB007 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 22.3.2012	Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004, DE-11-MI004-PTB005, DE-06-MI004-PTB007 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.5.2011	Wärmezähler DE-07-MI004-PTB004, DE-07-MI004-PTB025, DE-08-MI004-PTB026, DE-09-MI004-PTB027, DE-07-MI004-PTB028 (Sensus GmbH), Duldung vom 23.05.2012	DE-12-MI004-PTB010 (Zenner International GmbH) Duldung vom 15.01.2013	Wärmezähler DE-07-MI004-PTB001, DE-07-MI004-PTB002, DE-08-MI004-PTB003, DE-09-MI004-PTB004, (Itelf/ Metering GmbH) Duldung vom 24.06.2015	Temperaturfühler DE-06-MI004-PTB009 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 24.06.2015	Wärmezähler DE-14-MI004-PTB006 (Qundis GmbH) Duldung vom 04.04.2016	DE-06-0200-M004-031 (Kamstrup A/S) Duldung vom 14.04.2016	Wärmezähler DE-16-MI004-PTB025 (Engelmann Sensor GmbH) Duldung vom 30.09.2016	Temperaturfühler A 64/65/2151/2016 (Kamstrup A/S) Duldung vom: 12.01.2017	Wärmezähler DE-17-MI004-PTB005, DE-17-MI004-PTB006, (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020	Wärmezähler DE-11-MI004-PTB004 DE-11-MI004-PTB005 DE-06-MI004-PTB007 DE-17-MI004-PTB005 DE-19-MI004-PTB024 DE-06-MI004-PTB018 (Landis+Gyr GmbH) Duldung vom 24.01.2020	Wärmezähler DE-13-MI004-PTB008, DE-17-MI004-PTB005, DE-20-MI004-PTB002, (Itelf Metering GmbH) Duldung vom 09.07.2020	DE-21-MI004-PTB014 (Qundis GmbH) Duldung vom 18.11.2021	CH-MI004-13018-07 (Swiss Metering GmbH) Duldung vom 19.06.2023	Wärmezähler DE-20-MI004-PTB011 (Itelf Metering GmbH) Duldung vom 07.08.2023	Wärmezähler DE-13-MI004-PTB110 (Wefsa Plusmeter) Duldung vom 07.08.2023	Wärmezähler DE-23-MI004-PTB007 (Sebatron AG) Duldung vom 06.10.2023							
Temperaturfühler A 64/65/2112/2007 (Jumo GmbH & Co.KG) Duldung vom: 01.02.2012	Wärmezähler DE-10-MI004-PTB013, DE-07-MI004-PTB020, DE-08-MI004-PTB105, DE-09-MI004-PTB127, DE-07-MI004-PTB128 (Sensus GmbH), Duldung vom 22.3.2012	Wärmezähler DE-10-MI004-PTB013, DE-07-MI004-PTB020, DE-08-MI004-PTB105, DE-09-MI004-PTB127, DE-07-MI004-PTB128 (Sensus GmbH),

| | | |

60	TH100	Maßbar		M10x1 innen	ME 5,0-210	5,0	+0,01 -0,00	210	216	210	1,45	1/2"	SW24	II			MS

| | | | | | | | | | | | | | | | |